



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°242821

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 08/10/2024

Client : **FRAMATOME CNPE CRUAS**

Adresse : **RGV K.MICHEL - Magasin relais - 07350 CRUAS MEYSSE**

Numéro de commande : **1024051690**

Date de commande : **08/10/2024**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 3000001043** N° interne : **513357**

Type : **JetPro 5.3**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG046511** N° interne : **N/A**

Etendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique	124272	029/PR/1023	COFRAC
KELLER type LEO 2			30/10/2024 +/- 1 mois étalonné le 30/10/2023
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	102.6	201.2	302.1	400.3	502.7	601.8	703.4
Pression mesurée Desccente	0	99.6	198.9	297.1	399.2	499.7	598.6	699.5
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 2.6	+ 1.2	+ 2.1	+ 0.3	+ 2.7	+ 1.8	+ 3.4

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com