



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT253422

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 08/12/2025

Client : **FRAMATOME**

Adresse : **4, rue Thomas Dumorey 71 100 CHALON SUR SAONE**

Numéro de commande : **1025062311**

Date de commande : **05/12/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 3000001043** N° interne : **513357**

Type : **JetPro 5.3**

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG046511** N° interne : **N/A**

Etendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois
KELLER type LEX 1			étalonné le 07/11/2024	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,2	200,3	303,8	404,9	504,7	605,7	704,3
Pression mesurée Desccente	0	98,5	198,8	302,1	402,7	502,8	603,4	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,2	+ 0,3	+ 3,8	+ 4,9	+ 4,7	+ 5,7	+ 4,3

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : A. HUGONNARD

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com