



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT250783

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 19/03/2025

Client : CHAUVIN ARNOUX MANUMESURE

Adresse : 8, Avenue du docteur Schweitzer - 69330 MEYZIEU

Numéro de commande : C803 6040 25C 0002

Date de commande : 18/03/2025

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° 3000016580 N° interne : N/A
Type : JetPro 9.3
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES
Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière
N° de série : HTG067662 N° interne : N/A
Etendue de mesure : 0 - 700 Bar
Classe : 1
Erreur maxi admissible en bar : 7
Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC 07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,9	200,4	300,7	400,8	500,3	600,5	701,6
Pression mesurée Desccente	0	97,8	198,2	296,6	397,4	497,5	598,1	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,9	+ 0,4	+ 0,7	+ 0,8	+ 0,3	+ 0,5	+ 1,6

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : L. FENEON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com