



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°HYT243582**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 23/12/2024

Client : **CAMPENON BERNARD**

Adresse : **16, Rue du Tempe - 73140 ST MICHEL DE MAURIENNE**

Numéro de commande : **0314/CH45867/TLT18510**

Date de commande : **20/12/2024**

**Instrument vérifié :**

Repère : **Pompe hydraulique N° 1940530002** N° interne : **N/A**  
Type : **JetPro 5.3**  
Désignation : Manomètre à bain huile  
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**  
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**  
N° de série : **HTG004379** N° interne : **N/A**  
Etendue de mesure : 0 - 700 Bar  
Classe : 1  
Erreur maxi admissible en bar : 7  
Diamètre : 100

<b>Conditions climatiques</b>		Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique <b>KELLER type LEX 1</b>	<b>2845</b>	<b>24-296-PR-CE</b>	<b>COFRAC</b>	<b>07/11/2025 +/- 1 mois</b> étalonné le 07/11/2024
<b>Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1</b>				<b>Manomètre étalonné par France métrologie</b>

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	102.1	201.8	302.2	401.6	501.4	601.8	702.6
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	99.9	198.3	29936	399.7	498.9	598.7	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 2.1	+ 1.8	+ 2.2	+ 1.6	+ 1.4	+ 1.8	+ 2.6

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : P. BARDON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)