

## CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE PV N°HYT250821LOC

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 25/03/2025

Client : **HYTORC LOCATION**  
Adresse : **179, Rue de Montépy - 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE**  
Numéro de commande : **N/A**  
Date de commande : **N/A**

### Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 3000020386** N° interne : **N/A**  
Type : **JetPro 5.3**  
Désignation : **Manomètre à bain huile**  
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**  
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**  
N° de série : **HTG070540** N° interne : **N/A**  
Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**  
Classe : **1**  
Erreur maxi admissible en bar : **7**  
Diamètre : **100**

<b>Conditions climatiques</b>	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%	
<b>Moyen de mesure</b>				
<b>Marque et type</b>	<b>N° de série</b>	<b>Certif.Étal.N°</b>	<b>Rattachement</b>	<b>Date limite de validité</b>
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois
<b>KELLER type LEX 1</b>				étalonné le 07/11/2024
<b>Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1</b>			<b>Manomètre étalonnée par France métrologie</b>	

### Résultats :

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	98,8	198	298,3	398,4	499	599,4	698,5
Pression mesurée <b>Descente</b>	0	96,1	196,1	296,1	397,4	497	597,6	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	-1,2	-2,0	-1,7	-1,6	-1,0	-0,6	-1,5

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Le Technicien : P. BARDON  
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE



**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19