



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT253362LOC

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 02/12/2025

Client : **HYTORC LOCATION**

Adresse : **179, Rue de Montépy - 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE**

Numéro de command N/A

Date de commande : **N/A**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 3000022285** N° interne : **N/A**

Type : **JetPro Air**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG073183** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
KELLER type LEX 1			Date limite de validité
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			07/11/2025 +/- 1 mois
			étalonné le 07/11/2024
Manomètre étalonnée par France métrologie			

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	101,8	201,1	302,5	402,1	502,7	602,1	702,5
Pression mesurée Desccente	0	98,3	198,4	299,4	399,6	499,3	599,5	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 1,8	+ 1,1	+ 2,5	+ 2,1	+ 2,7	+ 2,1	+ 2,5

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com