



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT253295

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 19/11/2025

Client : ALFA LAVAL VICARB SAS

Adresse : 1, rue Rif Tronchard - BP200 - 38120 FONTANIL CORNILLON

Numéro de commande : PO2585523

Date de commande : 25/11/2025

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° N/A N° interne : N/A

Type :

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : HTG083618 N° interne : N/A

Étendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,4	201,8	302,8	402,4	503,5	604,3	704,7
Pression mesurée Desccente	0	97,1	197,4	298,2	399,8	500,4	601,6	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écart maxi : (1)-(2)	0	+ 0,4	+ 1,8	+ 2,8	+ 2,4	+ 3,5	+ 4,3	+ 4,7

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com