



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT253384

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 04/12/2025

Client : **CHAUSSY GOMEZ**

Adresse : Rue Gustave Eiffel - Z.A. des Eoliennes - 26290 DONZERE

Numéro de command CF38570

Date de commande : **03/12/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 3000024115** N° interne :

Type : **JetPro 5.3**

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG084097** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
KELLER type LEX 1			07/11/2025 +/- 1 mois
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			étalonné le 07/11/2024
			Manomètre étalonnée par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	95,5	196,9	296,3	396,8	497,1	597,3	698,2
Pression mesurée Desccente	0	93,2	193,1	294,4	393,8	495,7	595,9	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 4,5	- 3,1	- 3,7	- 3,2	- 2,9	- 2,7	- 1,8

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com