



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°HYT253294**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 25/11/2025

Client : **PS2E**

Adresse : **189, rue du Rieutord, 34160 BOISSERON**

Numéro de commande : **LM25/015**

Date de commande : **24/11/2025**

**Instrument vérifié :**

Repère : **Pompe hydraulique N° 528765** N° interne :

Type : **RWP44-4 AIR**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG095717** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

<b>Conditions climatiques</b>		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb		HR : 43%	
<b>Moyen de mesure</b>							
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité			
Manomètre numérique	<b>2845</b>	<b>24-296-PR-CE</b>	<b>COFRAC</b>	<b>07/11/2025 +/- 1 mois</b>			
<b>KELLER type LEX 1</b>						étalonné le 07/11/2024	
Vérification suivant les normes ISO : <b>X07-011 / X07-015 / NF 837-1</b>		<b>Manomètre étalonné par France métrologie</b>					

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	99,8	202,3	303,4	404,5	504,8	605,1	705,3
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	98,2	200,3	301,2	402,5	502,9	603,4	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	<b>- 0,2</b>	<b>+ 2,3</b>	<b>+ 3,4</b>	<b>+ 4,5</b>	<b>+ 4,8</b>	<b>+ 5,1</b>	<b>+ 5,3</b>

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : A. HUGONNARD

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)