



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°251636

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 12/06/2025

Client : **NATRAN GROUPE**

Adresse : **Lieu dit Le Pâquis du Levain - 88170 MORELMAISON**

Numéro de commande : **5700071188**

Date de commande : **02/06/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe à air** N°HTWP 2140P N° interne : **N/A**

Type : **Air HI-Force**

Désignation : **Manomètre**

Constructeur : **VIBRAGAUGE**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie radiale**

N° de série : **NO.09072** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	98,5	201,6	298,8	398,1	498,5	598,6	691
Pression mesurée Desccente	0	96,1	199,5	296,3	396,1	496,7	596,1	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	690
Écart maxi : (1)-(2)	0	- 1,5	+ 1,6	- 1,2	- 1,9	- 1,5	- 1,4	+ 1,0

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : P. BARDON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com