

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE PV N°HYT2608414

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 25/03/2026

Client : **ARABELLE SERVICES France**
Adresse : **Avenue des Sciences et de l'Industrie, Batiment 37, 90 000 BELFORT**
Numéro de commande : **7200013095**
Date de commande : **25/03/2026**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 702642** N° interne : **74--6338 0001**
Type : **QAS**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie radiale**
N° de série : **52 180 830** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : **0 - 680 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **6,8**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%	
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique KELLER type LEO2	124272	26-009-PR-CE	COFRAC	08/01/2028 +/- 1 mois étalonné le 08/01/2026
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	98,2	198,8	299,6	399,8	502,2	604,2	684,6
Pression mesurée Descente	0	96,5	197,2	298,1	398,4	500,1	601,9	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	680
Écarts maxi : (1)-(2)	0	-1,8	-1,2	-0,4	-0,2	+2,2	+4,2	+4,6

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : A. HUGONNARD
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com