

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE PV N°HYT260992LOC

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 09/04/2026

Client : HYTORC LOCATION

Adresse : 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle

Numéro de commande : N/A

Date de commande : N/A

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 1332067** N° interne : N/A

Type : **Mini SST**

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/2" NPT sortie arrière**

N° de série : **101 954 166** N° interne : N/A

Étendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%	
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique	124272	26-009-PR-CE	COFRAC	08/01/2028 +/- 1 mois
KELLER type LEO2				étalonné le 08/01/2026
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	97,4	197,4	298,7	399,6	502,4	601,5	702,3
Pression mesurée Descente	0	95,2	194,8	296,4	397,2	499,5	598,7	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	-2,6	-2,6	-1,3	-0,4	+2,4	+1,5	+2,3

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com