

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE PV N°HYT260921

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 02/04/2026

Client : **FLENDER**

Adresse : **1 rue du Vieux Moulin, 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN**

Numéro de commande : **2800108513**

Date de commande : **01/04/2026**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 61820115** N° interne : **N/A**

Type : **JetPro 10.3**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **115 151 859** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%	
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique	124272	26-009-PR-CE	COFRAC	08/01/2028 +/- 1 mois
KELLER type LEO2				étalonné le 08/01/2026
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	99,6	200,1	301,2	401,6	502,6	603,4	703,8
Pression mesurée Descente	0	97,7	198,4	299,7	400,1	501,2	601,9	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	-0,4	+0,1	+1,2	+1,6	+2,6	+3,4	+3,8

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : A. HUGONNARD

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com