



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°HYT260654**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 06/03/2026

Client : **KRK**  
Adresse : **14 rue de l'Artisanat, ZA de l'Ehn, 67880 KRAUTERGERSHEIM**  
Numéro de commande : **BPA DEVIS N° DE00012318 Partiel**  
Date de commande : **06/03/2026**

**Instrument vérifié :**

Repère : **Pompe hydraulique N° 24100143** N° interne : **N/A**  
Type : **JetPro 10.2**  
Désignation : **Manomètre à bain huile**  
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**  
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**  
N° de série : **19 319 735** N° interne : **N/A**  
Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**  
Classe : **1**  
Erreur maxi admissible en bar : **7**  
Diamètre : **100**

|                                                                    |                                |                |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Conditions climatiques                                             | Température d'étalonnage : 20° |                | PA : 960 mb                               | HR : 43%                |
| Moyen de mesure                                                    |                                |                |                                           |                         |
| Marque et type                                                     | N° de série                    | Certif.Étal.N° | Rattachement                              | Date limite de validité |
| Manomètre numérique                                                | 124272                         | 26-009-PR-CE   | COFRAC                                    | 08/01/2028 +/- 1 mois   |
| KELLER type LEO2                                                   |                                |                |                                           | étalonné le 08/01/2026  |
| Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1 |                                |                | Manomètre étalonnée par France métrologie |                         |

**Résultats :**

|                                       |   |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pression mesurée (1)<br><b>Montée</b> | 0 | 102,4 | 203,6 | 302,6 | 404,6 | 506,6 | 605,6 | 705   |
| Pression mesurée<br><b>Descente</b>   | 0 | 100,2 | 201,1 | 300,9 | 401,5 | 503,4 | 602,2 |       |
| Pression référence (2)<br>Étalon      | 0 | 100   | 200   | 300   | 400   | 500   | 600   | 700   |
| Écarts maxi : (1)-(2)                 | 0 | + 2,4 | + 3,6 | + 2,6 | + 4,6 | + 6,6 | + 5,6 | + 5,0 |

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe | ✓ |
| Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible           | ✓ |

Le Technicien : A. HUGONNARD  
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)