

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE PV N°HYT2610510

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 15/04/2026

Client : **ORYS**
Adresse : **13, Rue Jacques Monod - Parc de Pichaury - 26700 PIERRELATTE**
Numéro de commande : **GM19003834**
Date de commande : **25/03/2026**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N°** N° interne : **N/A**
Type : **N/A**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/2" NPT sortie arrière**
N° de série : **224 703 237** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%	
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique KELLER type LEO2	124272	26-009-PR-CE	COFRAC	08/01/2028 +/- 1 mois étalonné le 08/01/2026
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,6	201,6	301,8	402,2	502,3	602,4	702,2
Pression mesurée Descente	0	92,8	192,6	292,6	393,8	492,8	591,6	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,6	+ 1,6	+ 1,8	+ 2,2	+ 2,3	+ 2,4	+ 2,2

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	N/A
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : **C. GOUX**
Le Responsable Technique : **D.HUSTACHE**



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com