



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT261636

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 12/06/2026

Client : **MANU MESURE**
Adresse : **8, Avenue du docteur Schweitzer - 69330 MEYZIEU**
Numéro de commande : **544574**
Date de commande : **12/06/2026**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 702767** N° interne : **N/A**
Type : **SST20**
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : **POWER TEAM**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie radiale**
N° de série : **5404BF7W** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : 0 - 700 Bar
Classe : 1
Erreur maxi admissible en bar : 7
Diamètre : 100

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	124272	26-009-PR-CE	COFRAC	08/01/2028 +/- 1 mois	
KELLER type LEO2				étalonné le 08/01/2026	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	95,8	196,8	297,8	399	501,8	602,4	702,2
Pression mesurée Descente	0	94,2	195,3	296,6	397,4	500,1	600,5	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 4,2	- 3,2	- 2,2	- 1,0	+ 1,8	+ 2,4	+ 2,2

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : A. HUGONNARD
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com