

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE PV N°HYT260995LOC

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 09/04/2026

Client : HYTORC LOCATION
Adresse : 179 Rue de Montepy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle
Numéro de commande : N/A
Date de commande : N/A

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 620001576** N° interne : N/A
Type : **EcoJet 10**
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : **JUKO**
Type / Raccord : **1/2" NPT sortie arrière**
N° de série : **620 001 576** N° interne : N/A
Étendue de mesure : 0 - 700 Bar
Classe : 1
Erreur maxi admissible en bar : 7
Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%	
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique KELLER type LEO2	124272	26-009-PR-CE	COFRAC	08/01/2028 +/- 1 mois étalonné le 08/01/2026
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	103,2	202,6	300,1	400,2	500,6	600,3	700,4
Pression mesurée Descente	0	99,4	199,3	298,7	397,6	497,2	597,7	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 3,2	+ 2,6	+ 0,1	+ 0,2	+ 0,6	+ 0,3	+ 0,4

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : C. GOUX
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montepy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com