

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE PV N°HYT260655

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 06/03/2026

Client : **KRK**
Adresse : **14 rue de l'Artisanat, ZA de l'Ehn, 67880 KRAUTERGERSHEIM**
Numéro de commande : **BPA DEVIS N° DE00012318 Partiel**
Date de commande : **06/03/2026**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 2204800001** N° interne : **N/A**
Type : **JetPro 9.3**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **HTG017848** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique	124272	26-009-PR-CE	COFRAC
KELLER type LEO2			Date limite de validité
			08/01/2028 +/- 1 mois
			étalonné le 08/01/2026
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonnée par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	102,4	201,4	301,2	402,6	503,2	601,6	703,2
Pression mesurée Descente	0	99,7	198,2	298,4	398,9	499,8	597,5	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 2,4	+ 1,4	+ 1,2	+ 2,6	+ 3,2	+ 1,6	+ 3,2

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : A. HUGONNARD
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com