



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT262034

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 22/07/2026

Client : **ARABELLE SERVICES France**

Adresse : **Avenue des Sciences et de l'Industrie, Batiment 37, 90 000 BELFORT**

Numéro de commande : **7200013205/0**

Date de commande : **21/07/2026**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 704852**

N° interne : **74--6338 0013**

Type : **QAS**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG084895**

N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	124272	26-009-PR-CE	COFRAC	08/01/2028 +/- 1 mois	
KELLER type LEO2				étalonné le 08/01/2026	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,6	201,6	301,8	401,2	500,8	601,2	700,8
Pression mesurée Descente	0	97,9	198,6	298,5	398,7	498,2	598,4	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,6	+ 1,6	+ 1,8	+ 1,2	+ 0,8	+ 1,2	+ 0,8

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com