

## CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE PV N°HYT261031LOC

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 13/04/2026

Client : HYTORC LOCATION  
Adresse : 179 Rue de Montepy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle  
Numéro de commande : N/A  
Date de commande : N/A

### Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 3000023377** N° interne : N/A  
Type : **JetPro 9.3**  
Désignation : Manomètre à bain huile  
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**  
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**  
N° de série : **HTG096284** N° interne : N/A  
Étendue de mesure : 0 - 700 Bar  
Classe : 1  
Erreur maxi admissible en bar : 7  
Diamètre : 100

<b>Conditions climatiques</b>	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%	
<b>Moyen de mesure</b>				
<b>Marque et type</b>	<b>N° de série</b>	<b>Certif.Étal.N°</b>	<b>Rattachement</b>	<b>Date limite de validité</b>
Manomètre numérique <b>KELLER type LEO2</b>	124272	26-009-PR-CE	COFRAC	08/01/2028 +/- 1 mois étalonné le 08/01/2026
<b>Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1</b>		<b>Manomètre étalonnée par France métrologie</b>		

### Résultats :

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	101,8	201,6	302,4	403,8	503,6	603,7	703,2
Pression mesurée <b>Descente</b>	0	94,3	194,2	294,6	394,8	494,4	594,6	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+1,8	+1,6	+2,4	+3,8	+3,6	+3,7	+3,2

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : C. GOUX  
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE



**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montepy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)