



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE

PV N°232762

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 03/10/2023

Client : SNCF-UO Lyon Vaise Technicentre Aura

Adresse : 60, Rue Bourgogne 69009 Lyon

N° de commande : BPA-DE00008610RV01

Date : 31/07/2023

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° 2260400007 N° interne : 450587

Type : VECTOR

Désignation : TRANSDUCER

Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES

Type / Raccord :

N° de série : AT131574BC-291-17-0069 N° interne : N/A

Étendue de mesure : 0-700Bars

Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type Manomètre numérique KELLER type LEX 1	N° de série 2845	Certif.Étal.N° 065/PR/1022	Rattachement COFRAC
Date limite de validité 20/10/2023 +/- 1 mois étalonné le 20/10/2022			
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonné par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,9	200,5	299,4	401,1	500,9	601	699,6
Pression mesurée Desccente	0	98,5	198,4	298,1	397,9	499,1	599,5	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,9	+ 0,5	- 0,6	+ 1,1	+ 0,9	+ 1,0	- 0,4

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com