



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT262151

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 03/08/2026

Client : **IMATEQ**
Adresse : **7 rue de Dunkerque, 67000 STASBOURG**
Numéro de commande : **696176**
Date de commande : **09/06/2026**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 3000011621** N° interne : **IMA-2023-20**
Type : **VECTOR Mini**
Désignation : **transducer**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **Z220349197** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	124272	26-009-PR-CE	COFRAC	08/01/2028 +/- 1 mois	
KELLER type LEO2				étalonné le 08/01/2026	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1)	0	104,5	204,6	302,6	403,5	500,1	596,9	700,7
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 4,5	+ 4,6	+ 2,6	+ 3,5	+ 0,1	- 3,1	+ 0,7

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : A. HUGONNARD
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com