



156 Déclaration de conformité

28 Janv 2025 Declaration of Conformance

Numéro de série Serial No.	P260496	Client Customer	REDILEC Jérôme TRICAUD 199 Rue de Montepy 69210 Fleurieux / I Abresle
N° d'identification Ident-No.	P260496	Humidité Humidity	39,0%
Fabricant Manufacturer	FACOM	Température [°C] Temperature [°C]	21,0°C
Référence catalogue Catalogue No.	J.208-50D	Étalonnage Calibrating device	817461315
Gamme Tool range	10-50N·m	Logiciel Software	Torkmaster 5.1.3.1
Moyen de serrage Tool	Moyen de mesure	Méthode de test Test method	DIN EN ISO 6789-1:2017
Type/Classe Type / Class.	Type II: à déclenchement, ClasseA	Prochaine calibration Next calibration	28 Janv 2026
Dérive Deviation	4,0 %		
Adaptateur Adaption	734K/4		
Allonge amovible Extension Interchangeable Element	17,5mm		
Extension de poignée Extension Handle			

Transducteur Test equipment	7723-1,4-200N·m, 517500253, FR234008270, 2792026, 4 Oct 2025		
Ecart de mesure max. Max. measurement error	0,51 %	Intervalle d'incertitude de mesure relative rel. Measurement uncertainty interval	0,62 %

Valeur

Calibration values

Valeurs cibles Target values	10 N·m	MA	30 N·m	60,00 %	50 N·m	100,00 %
Valeurs d'échelle Scale readings	10 N·m	MA	30 N·m	60,00 %	50 N·m	100,00 %
	Valeur Act. Val. N·m	Dérive Deviation N·m	%	Valeur Act. Val. N·m	Dérive Deviation N·m	%
Couple à droite Clockwise torque	9,646	-0,354	-3,67	28,993	-1,007	-3,47
	9,651	-0,349	-3,62	28,977	-1,023	-3,53
	9,656	-0,344	-3,56	28,964	-1,036	-3,58
	9,645	-0,355	-3,68	29,062	-0,938	-3,23
	9,633	-0,367	-3,81	28,972	-1,028	-3,55
Moyenne $\bar{X}_r$ Average $\bar{X}_r$	9,646			28,994		49,069

Couple à gauche (antihoraire) Anticlockwise torque								
Moyenne $\bar{X}_r$ Average $\bar{X}_r$								

Dérive max. [%] Max. deviation [%]	-3,81 %	OK	Date de calibration Calibration date	28 Janv 2025 15:54:40
L'erreur de mesure du capteur est inférieure au 1/4 de la dérive maximum admissible de la clé	OK	Responsable responsible person	BANC2	
L'émetteur de ce certificat d'étalonnage est seul responsable de l'étalonnage et de sa documentation. La répétition de ce certificat d'étalonnage est formellement interdite. Si la clé à déclenchement est hors de la plage de dérive de 20%, ce sera illustré par "Pas de clic". Les outils à tête amovible sont mesurés dans l'axe horizontal		Directeur du laboratoire Head of calibration	David HUSTACHE	
The measuring error of the torque measuring device is less than a quarter of the maximum permissible relative deviation of the torque key. The issuer of this certificate bears sole responsibility for calibration and documentation thereof. The duplication of extracts from this certificate is prohibited. If the click torque is outside a 20 % deviation range it might be represented as »kein« (no click). Tools with a flex head, are measured in the horizontal axis.				