



251 Déclaration de conformité

9 Févr 2026 Declaration of Conformance

Numéro de série P260496
Serial No.
N° d'identification P260496
Ident-No.
Fabricant FACOM
Manufacturer
Référence catalogue J.208-50D
Catalogue No.
Gamme 10-50N·m
Tool range
Moyen de serrage Moyen de mesure
Tool
Type/Classe Type II: à déclenchement, ClasseA
Type / Class.
Dérive 4,0 %
Deviation
Adaptateur 734K/4
Adaption
Allonge amovible 17,5mm
Extension Interchangeable Element
Extension de poignée
Extension Handle

Client REDILEC
Customer Jérôme TRICAUD
199 Rue de Montepy
69210 Fleurieux / I Abresle

Humidité 39,0%
Humidity
Température [°C] 21,0°C
Temperature [°C]
Étalonnage 817461315
Calibrating device
Logiciel Torkmaster 5.1.3.1
Software

Méthode de test DIN EN ISO 6789-1:2017
Test method
Prochaine calibration 9 Févr 2027
Next calibration

Transducteur 7723-1,4-200N·m, 517500253, 25-09067/1, 2792026, 15 Sept 2027
Test equipment

Ecart de mesure max. 0,34 %
Max. measurement error

Intervalle d'incertitude de mesure relative 0,34 %
rel. Measurement uncertainty interval

Valeur

Calibration values

Valeurs cibles	10 N·m	MA	30 N·m	60,00 %	50 N·m	100,00 %
Target values						
Valeurs d'échelle	10 N·m	MA	30 N·m	60,00 %	50 N·m	100,00 %
Scale readings						
	Valeur	Dérive		Valeur	Dérive	
	Act. Val.	Deviation		Act. Val.	Deviation	
	N·m	N·m %	N·m	N·m	N·m %	N·m
Couple à droite	9,844	-0,156 -1,58	29,846	-0,154 -0,52	49,879	-0,121 -0,24
	9,760	-0,240 -2,46	29,730	-0,270 -0,91	49,755	-0,245 -0,49
	9,772	-0,228 -2,33	29,729	-0,271 -0,91	49,717	-0,283 -0,57
	9,772	-0,228 -2,33	29,728	-0,272 -0,91	49,767	-0,233 -0,47
	9,795	-0,205 -2,09	29,755	-0,245 -0,82	49,677	-0,323 -0,65
Moyenne $\bar{X}_r$	9,789		29,758		49,759	
	Average $\bar{X}_r$					

Couple à gauche (antihoraire)
Anticlockwise torque

Moyenne $\bar{X}_r$
Average $\bar{X}_r$

Dérive max. [%] -2,46 % OK
Max. deviation [%]

L'erreur de mesure du capteur est inférieure au 1/4 de la dérive maximum admissible de la clé OK

Date de calibration 9 Févr 2026 9:27:34
Calibration date

Responsable BANC2
responsible person

Directeur du laboratoire David HUSTACHE
Head of calibration

L'émetteur de ce certificat d'étalonnage est seul responsable de l'étalonnage et de sa documentation. La répétition de ce certificat d'étalonnage est formellement interdite. Si la clé à déclenchement est hors de la plage de dérive de 20%, ce sera illustré par "Pas de clic". Les outils à tête amovible sont mesurés dans l'axe horizontal

The measuring error of the torque measuring device is less than a quarter of the maximum permissible relative deviation of the torque key. The issuer of this certificate bears sole responsibility for calibration and documentation thereof. The duplication of extracts from this certificate is prohibited. If the click torque is outside a 20 % deviation range it might be represented as »kein« (no click). Tools with a flex head, are measured in the horizontal axis.