



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°HYT2530833**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 04/11/2025

Client : **GE ENERGY PRODUCTS**

Adresse : **ZAC TECH HOMM RECEPTION BAT 42 90000 BELFORT**

Numéro de commande : **4900532820**

Date de commande : **15/09/2025**

**Instrument vérifié :**

Repère : **Pompe hydraulique N°705140** N° interne :

Type : **RSST20**

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **238 220 428** N° interne : **95983**

Étendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique <b>KELLER type LEX 1</b>	<b>2845</b>	<b>24-296-PR-CE</b>	<b>COFRAC</b>
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	99,2	200,4	302,6	398,8	501,2	601,6	682,8
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	97,6	197,7	298,5	396,3	498,9	599,2	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	<b>680</b>
Écarts maxi : (1)-(2)	0	<b>- 0,8</b>	<b>+ 0,4</b>	<b>+ 2,6</b>	<b>- 1,2</b>	<b>+ 1,2</b>	<b>+ 1,6</b>	<b>+ 2,8</b>

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	X
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	X

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)