



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT260121

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 12/01/2026

Client : **GE ENERGY PRODUCTS**
Adresse : **ZAC TECH HOMM RECEPTION BAT42 90000 BELFORT**
Numéro de commande : **4900567928**
Date de commande : **06/01/2026**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° N/A** N° interne : **N/A**
Type :
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **125 251 204** N° interne : **97637**
Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	09/01/2026 +/- 1 mois	
KELLER type LEX 1				étalonné le 09/01/2026	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	93,3	194,2	295,1	397,3	498,6	602,4	702,6
Pression mesurée Descente	0	93,1	193,6	264,2	396,1	496,7	600,2	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 6,7	- 5,8	- 4,9	- 2,7	- 1,4	+ 2,4	+ 2,6

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	N/A
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : C. GOUX
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com