



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT243121

Belfort, le 06/11/2024

Client : **GE ENERGY PRODUCTS**

Adresse : **ZAC TECH HOMM RECEPTION BAT 42 90000 BELFORT**

Numéro de commande : **930290064**

Date de commande : **23/07/2024**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 508121** N° interne :

Type : **JetPro Air**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **141 151 241** N° interne : **95376**

Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
-------------------------------	---------------------------------------	--------------------	-----------------

Moyen de mesure

Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique KELLER type LEO 2	124272	029/PR/1023	COFRAC	30/10/2024 +/- 1 mois

étalonné le 30/10/2023

Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1 **Manomètre étalonné par France métrologie**

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,4	200,6	300,8	401,7	501,3	600,2	693,8
Pression mesurée Desccente	0	97,1	196,4	297,6	398,4	499,3	597,8	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,4	+ 0,6	+ 0,8	+ 1,7	+ 1,3	+ 0,2	- 6,2

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com