



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT2431234

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 18/11/2024

Client : GE ENERGY PRODUCTS

Adresse : ZAC TECH HOMM RECEPTION BAT 42 90000 BELFORT

Numéro de commande : Commande à régulariser

Date de commande :

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° 1525169 N° interne :

Type : AEK 3.3

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : 9 241 168 N° interne : 94839

Étendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEO 2	124272	029/PR/1023	COFRAC
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	99,8	199,7	299,8	399,6	501,3	601,2	700,9
Pression mesurée Desccente	0	97,8	196,5	297,2	396,8	499,4	598,2	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 0,2	- 0,3	- 0,2	- 0,4	+ 1,3	+ 1,2	+ 0,9

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com

Mini Jet	1/4" NPT sortie radiale
JetPro S	1/4" NPT sortie arrière
JetPro 5.3	1/2" NPT sortie radiale
JetPro 6.3	1/2" NPT sortie arrière
JetPro 9.3	
JetPro 10.2	
JetPro 10.3	
JetPro 10.3 DW-PA	
JetPro 12.3	
JetPro Air	
AEK 3.3	
AEK 12.3 - 400V	
HY 230	
QAS	
SST20	
SST E220	
RSST20	
EcoJet 7	
EcoJet 10	

HYTORC TECHNOLOGIES

HYTORC USA

CITEC

JUKO

PLARAD

ITH

POWER TEAM

NORBAR

QUALITORC

C. GOUX

M. HERAUT

D. HUSTACHE

L. FENEON