



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT2530910

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 05/11/2025

Client : **GE ENERGY PRODUCTS**

Adresse : **ZAC TECH HOMM RECEPTION BAT 42 90000 BELFORT**

Numéro de commande : **4900532820**

Date de commande : **15/09/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N°503281** N° interne :

Type : **QAS**

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **A090032** N° interne : **94837**

Étendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	99,2	197,8	298,6	398,2	497,4	599,8	702,6
Pression mesurée Desccente	0	96,2	196,4	294,7	396,4	497,1	597,2	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 0,8	- 2,2	- 1,4	- 1,8	- 2,6	- 0,2	+ 2,6

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	X
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	X

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com