



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT2431130

Belfort, le 06/11/2024

Client : GE ENERGY PRODUCTS

Adresse : ZAC TECH HOMM RECEPTION BAT 42 90000 BELFORT

Numéro de commande : 930290064

Date de commande : 23/07/2024

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° 2713120002 N° interne :

Type : JetPro 5.3

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : HTG038290 N° interne : 97537

Étendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEO 2	124272	029/PR/1023	COFRAC
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,8	201,4	302,6	400,6	500,7	604,2	703,4
Pression mesurée Desccente	0	97,4	196,3	297,2	399,4	498,9	597,6	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,8	+ 1,4	+ 2,6	+ 0,6	+ 0,7	+ 4,2	+ 3,4

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com