



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°2435218**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 17/12/2024

Client : GE ENERGY PRODUCTS France SNC

Adresse : ZAC Tech'Homm - Réception - Bâtiment 42 - 90 000 BELFORT

Numéro de commande : 930292929

Date de commande : 25/11/2024

**Instrument vérifié :**

Repère : Pompe hydraulique N° 508119 N° interne : 94831  
Type : HYTORC Air  
Désignation : Manomètre à bain huile  
Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES  
Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière  
N° de série : HTG051300 N° interne : 94831  
Etendue de mesure : 0 - 700 Bar  
Classe : 1  
Erreur maxi admissible en bar : 7  
Diamètre : 100

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie	

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	103.5	203.8	303.3	402.6	504.7	603.2	703.4
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	99.2	200.1	299.3	397.4	498.5	599.6	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 3.5	+ 3.8	+ 3.3	+ 2.6	+ 4.7	+ 3.2	+ 3.4

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : L. FENEON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)