



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°HYT232703**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 27/09/2023

Client : **GE Energy Products France snc**

Adresse : **Bat 42 Maintenance Avenue des sciences et de l'industrie, 90007 BELFORT**

N° de commande : **93028060061**

Date : **30/08/2023**

**Instrument vérifié :**

Repère : **Pompe hydraulique N° 503281** N° interne :

Type : **QAS**

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **0** N° interne : **94837**

Etendue de mesure : **0-700Bars**

Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**

Diamètre : **100**

<b>Conditions climatiques</b>	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>			
Marque et type	N° de série	Certif. Étal. N°	Rattachement
Manomètre numérique <b>KELLER type LEX 1</b>	<b>2845</b>	<b>065/PR/1022</b>	<b>COFRAC</b>
Date limite de validité			<b>20/10/2023 +/- 1 mois</b>
			étalonné le 20/10/2022
<b>Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1</b>		<b>Manomètre étalonné par France métrologie</b>	

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	99,8	198,7	298,8	398,8	497,8	598,1	698,2
Pression mesurée <b>Descente</b>	0	93,9	192,8	293,1	393,4	492,7	592,8	
Pression référence (2) <b>Étalon</b>	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	<b>- 0,2</b>	<b>- 1,3</b>	<b>- 1,2</b>	<b>- 1,2</b>	<b>- 2,2</b>	<b>- 1,9</b>	<b>- 1,8</b>

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)