



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT232702

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 27/09/2023

Client : **GE Energy Products France snc**

Adresse : **Bat 42 Maintenance Avenue des sciences et de l'industrie, 90007 BELFORT**

N° de commande : **93028060061**

Date : **30/08/2023**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 503278** N° interne :

Type : **QAS**

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **0** N° interne : **94838**

Etendue de mesure : **0-700Bars**

Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif. Étal. N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	065/PR/1022	COFRAC
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	102,4	200,8	300,1	400,4	501,4	598,8	675,2
Pression mesurée Descente	0	97,1	195,2	295,5	394,9	496,3	592,9	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 2,4	+ 0,8	+ 0,1	+ 0,4	+ 1,4	- 1,2	- 24,8

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com