



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT2327120

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 28/09/2023

Client : **GE Energy Products France snc**

Adresse : **Bat 42 Maintenance Avenue des sciences et de l'industrie, 90007 BELFORT**

N° de commande : **93028060061**

Date : **30/08/2023**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 510022** N° interne :

Type : **JetPro Air**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **0** N° interne : **94976**

Etendue de mesure : **0-700Bars**

Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**

Diamètre : **100**

| | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| Conditions climatiques | Température d'étalonnage : 24° | PA : 960 mb | HR : 43% |
| Moyen de mesure | | | |
| Marque et type | N° de série | Certif. Étal. N° | Date limite de validité |
| Manomètre numérique KELLER type LEX 1 | 2845 | 065/PR/1022 | 20/10/2023 +/- 1 mois étalonné le 20/10/2022 |
| Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1 | | Manomètre étalonné par France métrologie | |

Résultats :

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pression mesurée (1) Montée | 0 | 102,6 | 202,2 | 299,8 | 399,1 | 496,8 | 596,8 | 695,1 |
| Pression mesurée Descente | 0 | 96,7 | 195,4 | 294,1 | 393,3 | 490,9 | 590,9 | |
| Pression référence (2) Étalon | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Écarts maxi : (1)-(2) | 0 | + 2,6 | + 2,2 | - 0,2 | - 0,9 | - 3,2 | - 3,2 | - 4,9 |

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : **C. GOUX**

Le Responsable Technique : **D.HUSTACHE**

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com