



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE

PV N°HYT2326921

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 26/09/2023

Client : GE Energy Products France snc

Adresse : Bat 42 Maintenance Avenue des sciences et de l'industrie, 90007 BELFORT

N° de commande : 93028060061

Date : 30/08/2023

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° 705140 N° interne :

Type : JetPro Air

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : 1 703 040 053 N° interne : 95983

Etendue de mesure : 0-700Bars

Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif. Étal. N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	065/PR/1022	COFRAC
Date limite de validité			20/10/2023 +/- 1 mois
			étalonné le 20/10/2022
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonné par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	103,2	202,2	303,2	405,4	505	600,8	703,2
Pression mesurée Descente	0	97,9	196,8	297,9	399,8	499,9	595,7	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+3,2	+2,2	+3,2	+5,4	+5,0	+0,8	+3,2

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com