



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT2430914

Belfort, le 04/11/2024

Client : **GE ENERGY PRODUCTS**
Adresse : **ZAC TECH HOMM RECEPTION BAT 42 90000 BELFORT**
Numéro de commande : **930290064**
Date de commande : **23/07/2024**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 503281** N° interne :
Type : **QAS**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **50 303 001** N° interne : **94837**
Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEO 2	124272	029/PR/1023	COFRAC étalonné le 30/10/2023
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonné par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,8	201,7	300,9	402,6	501,8	602,3	700,1
Pression mesurée Desccente	0	98,1	197,8	297,9	398,1	499,2	598,6	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,8	+ 1,7	+ 0,9	+ 2,6	+ 1,8	+ 2,3	+ 0,1

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com