



## CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE

PV N°HYT2327121

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 28/09/2023

Client : GE Energy Products France snc

Adresse : Bat 42 Maintenance Avenue des sciences et de l'industrie, 90007 BELFORT

N° de commande : 93028060061

Date : 30/08/2023

### Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° 07655506 N° interne :

Type : JetPro Air

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : FR13209494 N° interne : 96345

Etendue de mesure : 0-700Bars

Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>			
Marque et type	N° de série	Certif. Étal. N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	065/PR/1022	COFRAC
Date limite de validité			20/10/2023 +/- 1 mois
			étalonné le 20/10/2022
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonné par France métrologie	

### Résultats :

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	94,4	197,4	299,2	399,4	500,1	599,2	698,2
Pression mesurée <b>Descente</b>	0	88,9	191,8	293,9	393,5	494,7	593,6	
Pression référence (2) <b>Étalon</b>	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 5,6	- 2,6	- 0,8	- 0,6	+ 0,1	- 0,8	- 1,8

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)