



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT2431020

Belfort, le 05/11/2024

Client : **GE ENERGY PRODUCTS**
Adresse : **ZAC TECH HOMM RECEPTION BAT 42 90000 BELFORT**
Numéro de commande : **930290064**
Date de commande : **23/07/2024**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 07655574** N° interne :
Type : **JetPro Air**
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **HTG002112** N° interne : **95925**
Étendue de mesure : 0 - 700 Bar
Classe : 1
Erreur maxi admissible en bar : 7
Diamètre : 100

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 24°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	124272	029/PR/1023	COFRAC	30/10/2024 +/- 1 mois	
KELLER type LEO 2				étalonné le 30/10/2023	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	99,7	199,9	301,8	402,4	500,6	601,8	703,7
Pression mesurée Descente	0	97,3	196,4	299,8	397,6	498,4	597,2	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 0,3	- 0,1	+ 1,8	+ 2,4	+ 0,6	+ 1,8	+ 3,7

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Le Technicien : C. GOUX
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com