

Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1
Certificat d'inspection selon EN 10204 - 3.1

Page
Date 1 / 2

Customer:
Client: **SOLYTEC**
PARC CARNOT - REPUBLIQUE 7 ALLEE DES ERABLES
FR 69200 VENISSIEUX

Certificate No.
Certificat N° **C89700180535**

Date
Date **21.01.2026**

Customer Order No. N° de commande client	23310	Customer Part. No. N° d'article du client	48892847	Order date Date de commande	27.11.2025
Order No. / Item N° de commande	S000487216/1	Item No. N° d'article	48892847	Output signal Signal de sortie	
Model Type	PG23HP	Serial number Numéro de série	PW00P58042R	Scale range étendue d'échelle	0 ... 2000 bar rel.
Class Classe	1,00 %	Tag No. Etiquette n°			
Reference Référence	CPG8000 0,1% 0 ... 2500 bar rel.			Calibration No. N° de calibrage	06006426 DKD 22-03
Result Résultat				Temperature Température	20 °C +/- 5 °C

Test Item Candidat bar	Standard Référence bar ↑	Standard Référence bar ↓	Meanvalue Moyenne bar	rel. Deviation rel. Ecart bar	Deviation Ecart %	Hysteresis Hystérésis %	
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
500,000	515,800	496,850	506,325	-6,325	-0,32	-0,95	
1000,000	995,150	995,900	995,525	4,475	0,22	0,04	
1500,000	1489,450	1497,450	1493,450	6,550	0,33	0,40	
2000,000	1987,800	1987,800	1987,800	12,200	0,61	0,00	

HYTORC-Hustach
ZA Chemin de Montépy
69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE
Tél. : 04 78 33 39 19
E-mail : sn@hytorc-ce.com
N° SIRET : 808 881 189 00019
TVA : FR 11 808 881 189

mise en service le 3/02/2026
HUGONNARD
[Signature]


Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1
Certificat d'inspection selon EN 10204 - 3.1

Page 2 / 2
 Date

Customer: SOLYTEC
 Client: PARC CARNOT - REPUBLIQUE 7 ALLEE DES ERABLES
 FR 69200 VENISSIEUX

Certificate No. C89700180535
 Certificat N°

Date 21.01.2026
 Date



Item keeps the required specification.
 L'article est conforme à la spécification requise.

Verification was carried out according to the following standard:
 La vérification a été effectuée conformément à la norme suivante:

Remarks / Extension:

Inspection Representative (GA)
 Spécialiste Paweł Golański

Examiner A. Rolirat
 Examineur

The inspection certificate was created electronically and is hereby validated by named inspection representative. This document is valid without signature.

Le certificat d'inspection a été créé électroniquement et est validé par le représentant désigné de l'inspection. Ce document est valable sans signature.

HYTORC-Hustach
 ZA Chemin de Montépy
 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE
 Tél. : 04 78 33 39 19
 E-mail : sn@hytorc-ca.com
 N° SIRET : 808 881 189 00019
 TVA : FR 11 808 881 189

Mise en service
 le 03/02/2026
 HUGONNARD
