



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HTG232367

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 24/08/2023

Client : **HYTORC LOCATION**

Adresse : 179 rue de Montépy , 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle

N° de commande :

Date : **24/08/2023**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique n° D02430/01** N° interne :

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : **HYTORC-EPP**

Type / Raccord : **1/2 G sortie verticale**

N° de série : **D02435** N° interne :

Étendue de mesure : 0-1500 Bars

Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 15

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 23°	PA : 960 mb	HR : 51%
Moyen de mesure			
Marque et type Manomètre numérique AEP BIT2	N° de série 936600	Certif.Étal.N° 936600	Rattachement ACCREDIA ILAC-MRA Date limite de validité 28/10/2023 +/- 1 mois étalonné le 28/10/2022
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonné par AEP Tranducers	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	104	203	302	401	499	603	701
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 4,0	+ 3,0	+ 2,0	+ 1,0	- 1,0	+ 3,0	+ 1,0

Pression mesurée (1) Montée	799	898	1004	1098	1196	1295	1395	1497
Pression référence (2) Étalon	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Écarts maxi : (1)-(2)	- 1,0	- 2,0	+ 4,0	- 2,0	- 4,0	- 5,0	- 5,0	- 3,0

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : J-L.POGORBSKY

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com