



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°241211LOC**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 30/04/2024

Client : HYTORC LOCATION

Adresse : 179 Rue de Montépy, 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE

Numéro de commande :

Date de commande :

**Instrument vérifié :**

Repère : Pompe hydraulique N° 2008460003 N° interne : N/A  
Type : JetPro 9.3  
Désignation : Manomètre à bain huile  
Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES  
Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière  
N° de série : 2 443 222 N° interne : N/A  
Étendue de mesure : 0-700Bars  
Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 7  
Diamètre : 100

<b>Conditions climatiques</b>		Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique KELLER type LEO 2	124272	029/PR/1023	COFRAC	30/10/2024 +/- 1 mois étalonné le 30/10/2023
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie	

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	104,2	202,6	302,2	401,8	505	606,4	706,8
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	96,8	196,4	298,4	399,2	498,8	599,1	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 4,2	+ 2,6	+ 2,2	+ 1,8	+ 5,0	+ 6,4	+ 6,8

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)