



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°241201LOC

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 29/04/2024

Client : **HYTORC LOCATION**
Adresse : **179 Rue de Montepy, 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE**
Numéro de commande :
Date de commande :

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 2008460003** N° interne : **N/A**
Type : **JetPro 9.3**
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **94 977** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : 0-700Bars
Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 7
Diamètre : 100

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 24°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	124272	029/PR/1023	COFRAC	30/10/2024 +/- 1 mois	
KELLER type LE0 2				étalonné le 30/10/2023	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	104	203,8	305,7	404,6	506	604,2	703,2
Pression mesurée Descente	0	96,8	196,4	298,4	399,2	498,8	599,1	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 4,0	+ 3,8	+ 5,7	+ 4,6	+ 6,0	+ 4,2	+ 3,2

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Le Technicien : C. GOUX
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com