



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°242422**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 29/08/2024

Client : **SCHOELLER ALLIBERT**

Adresse : **Route en Doraise, 01460 NURIEUX VOLOGNAT**

Numéro de commande : **P100133220**

Date de commande : **28/08/2024**

**Instrument vérifié :**

Repère : **Pompe hydraulique N° 500236** N° interne : **N/A**

Type : **SST E220**

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **G178** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : 0-700Bars

Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEO 2	124272	029/PR/1023	COFRAC
Date limite de validité			30/10/2024 +/- 1 mois
			étalonné le 30/10/2023
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonné par France métrologie	

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	99,2	198,8	296,6	395,6	498,4	602,4	706,2
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	97,4	193,8	292,9	393,2	493,7	598,1	
Pression référence (2) <b>Étalon</b>	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 0,8	- 1,2	- 3,4	- 4,4	- 1,6	+ 2,4	+ 6,2

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : M. HERAUT

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)