

932374 Kalibrierschein

14 Jul 2026 Calibration Certificate

Seriennummer Serial No.	817310767	Auftraggeber Customer	STAHLWILLE France
Interne Werkzeug-Bez. Ident-No.	Hydroc Hustach France		1-3 PL. Giovanni da Verrazzano
Hersteller Manufacturer	STAHLWILLE		69009
Katalog Nr. Catalogue No.	714/100		Lyon
Messbereich Tool range	100-1.000N·m	Luftfeuchtigkeit Humidity	43,4 %
Werkzeug Tool	Drehmomentwerkzeug	Temperatur [°C] Temperature [°C]	21,4°C
Typ / Klasse Type / Class.	Typ II: Auslösend, Klasse A	Kalibriereinrichtung Calibrating device	817420336
Abweichung Deviation	2,0 % W' 4,0 %	Software Software	TorkMaster 5.4.0.0
Adaption Adaption	734K/100	Prüfmethode Test method	DIN EN ISO 6789-2:2017
Stichmaß Einsteckwerkzeug Extension interchangeable element	55,0mm	Nächste Kalibrierung Next calibration	14 Jul 2027
Griffverlängerung Extension handle			

Messwertaufnehmer
Test equipment

Max. Messabweichung
Max. measurement error

Rel. MU-Intervall
rel. Measurement uncertainty interval

Kalibrierwerte

Calibration values

Sollwerte Target values	100 N·m	Tmin	600 N·m	60,00 %	1.000 N·m	100,00 %
Skalenwerte Scale readings	100 N·m	Tmin	600 N·m	60,00 %	1.000 N·m	100,00 %
	Wert Act. Val. N·m	Abweichung Deviation N·m %	Wert Act. Val. N·m	Abweichung Deviation N·m %	Wert Act. Val. N·m	Abweichung Deviation N·m %
Rechtsdrehmoment Clockwise torque	100,50	-0,502 -0,50	602,38	-2,384 -0,40	1.006,3	-6,280 -0,62
	100,57	-0,567 -0,56	602,89	-2,887 -0,48	1.006,3	-6,270 -0,62
	100,65	-0,653 -0,65	602,13	-2,130 -0,35	1.007,0	-6,980 -0,69
	100,65	-0,653 -0,65	601,80	-1,805 -0,30	1.006,3	-6,300 -0,63
	100,58	-0,577 -0,57	601,88	-1,881 -0,31	1.007,0	-6,960 -0,69
Mittelwert $\bar{x}$ Average $\bar{x}$	100,59		602,22		1.006,6	
Rel. Messunsicherheit W rel. Measurement uncertainty W		1,42 %		0,55 %		0,52 %
MU-Intervall W' MU-Interval W'		2,50 %		1,42 %		1,67 %

HYTORC-Hustach
ZA Chemin de Montépy
69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE
Tél. : 04 78 33 39 19
E-mail : sn@hytorc-ce.com
N° SIRET : 808 881 189 00019
TVA : FR 19 808 881 189

Max. Abweichung [%]
Max. deviation [%]

Messunsicherheitsintervall W' [%]
Measurement Uncertainty W' [%]

Statistische Daten zur Berechnung verwendet
Statistical data used for calculation

Datum der Kalibrierung 14 Jul 2026 10:38:41

Calibration date

Prüfer Kot
responsible person

Für die Kalibrierung und deren Dokumentation trägt der Aussteller dieses Kalibrierscheins die alleinige Verantwortung. Der Kalibrierschein darf nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Falls der Auslösewert um mehr als 20 % abweicht, kann er als »kein« ausgewiesen werden (keine Auslösung). The issuer of this certificate bears sole responsibility for calibration and documentation thereof. The duplication of extracts from this certificate is prohibited. If the click torque is outside a 20 % deviation range it might be represented as »kein« (no click).