



204 Déclaration de conformité

3 Juil 2025 Declaration of Conformance

Numéro de série Serial No.	818420670	Client Customer	HUSTACH SAS David HUSTACHE 179 Rue de Montepy 69210 Fleurieux / L Arbresle
N° d'identification Ident-No.	818420670	Humidité Humidity	39,0%
Fabricant Manufacturer	STAHLWILLE	Température [°C] Temperature [°C]	21,0°C
Référence catalogue Catalogue No.	714/100	Étalonnage Calibrating device	817461315
Gamme Tool range	100-1.000N·m	Logiciel Software	Torkmaster 5.1.3.1
Moyen de serrage Tool	Moyen de mesure	Méthode de test Test method	DIN EN ISO 6789-1:2017
Type/Classe Type / Class.	Type II: à déclenchement, ClasseA	Prochaine calibration Next calibration	3 Juil 2026
Dérive Deviation	4,0 %		
Adaptateur Adaption	734K/100		
Allonge amovible Extension Interchangeable Element	55,0mm		
Extension de poignée Extension Handle			

Transducteur 7723-3,25-1.100N·m, 517460526, FR234008894, 4 Avr 2027	
Test equipment	
Ecart de mesure max.	2,70 %
Max. measurement error	
Intervalle d'incertitude de mesure relative	3,30 %
rel. Measurement uncertainty interval	

Valeur

Calibration values

Valeurs cibles Target values	100 N·m	MA	600 N·m	60,00 %	1.000 N·m	100,00 %
Valeurs d'échelle Scale readings	100 N·m	MA	600 N·m	60,00 %	1.000 N·m	100,00 %
	Valeur Act. Val. N·m	Dérive Deviation N·m			Valeur Act. Val. N·m	Dérive Deviation N·m
		%				%
Couple à droite Clockwise torque	101,83	1,826	1,79	604,93	4,926	0,81
	102,59	2,589	2,52	605,98	5,983	0,99
	102,48	2,481	2,42	605,73	5,734	0,95
	102,34	2,337	2,28	606,93	6,926	1,14
	102,29	2,289	2,24	606,01	6,011	0,99
Moyenne $\bar{X}_r$ Average $\bar{X}_r$	102,30			605,92		
					1.014,8	

Couple à gauche (antihoraire) Anticlockwise torque								
Moyenne $\bar{X}_r$ Average $\bar{X}_r$								

Dérive max. [%] Max. deviation [%]	2,52 %	OK	Date de calibration Calibration date	3 Juil 2025 12:23:54
L'erreur de mesure du capteur est inférieure au 1/4 de la dérive maximum admissible de la clé			Responsable responsible person	BANC2
			Directeur du laboratoire Head of calibration	David HUSTACHE
L'émetteur de ce certificat d'étalonnage est seul responsable de l'étalonnage et de sa documentation. La répétition de ce certificat d'étalonnage est formellement interdite. Si la clé à déclenchement est hors de la plage de dérive de 20%, ce sera illustré par "Pas de clic". Les outils à tête amovible sont mesurés dans l'axe horizontal				
The measuring error of the torque measuring device is less than a quarter of the maximum permissible relative deviation of the torque key. The duplication of extracts from this certificate is prohibited. If the click torque is outside a 20 % deviation range it might be represented as »kein« (no click). Tools with a flex head, are measured in the horizontal axis.				