



114 Déclaration de conformité

22 Avr 2024 Declaration of Conformance

Numéro de série 821340606
Serial No.
N° d'identification 821340606
Ident-No.
Fabricant STAHLWILLE
Manufacturer
Référence catalogue 714/80
Catalogue No.
Gamme 80-800N·m
Tool range
Moyen de serrage Moyen de mesure
Tool
Type/Classe Type II: à déclenchement, ClasseA
Type / Class.
Dérive 4,0 %
Deviation
Adaptateur 734K/100
Adaption
Allonge amovible 55,0mm
Extension Interchangeable Element
Extension de poignée
Extension Handle

Client RM SYSTEM FRANCE
Customer Mathieu CORINO
11,Rue du Cerf
67350 UBERACH

Humidité 39,0%
Humidity
Température [°C] 21,0°C
Temperature [°C]
Étalonnage 817461315
Calibrating device
Logiciel Torkmaster 5.1.3.1
Software

Méthode de test DIN EN ISO 6789-1:2017
Test method
Prochaine calibration 22 Avr 2025
Next calibration

Transducteur 7723-3,25-1.100N·m, 517460526, FR234008894, 4 Avr 2027
Test equipment

Ecart de mesure max. 2,70 %
Max. measurement error

Intervalle d'incertitude de mesure relative 3,30 %
rel. Measurement uncertainty interval

Valeur

Calibration values

Valeurs cibles	80 N·m	MA	480 N·m	60,00 %	800 N·m	100,00 %
Target values						
Valeurs d'échelle	80 N·m	MA	480 N·m	60,00 %	800 N·m	100,00 %
Scale readings						
	Valeur	Dérive		Valeur	Dérive	
	Act. Val.	Deviation		Act. Val.	Deviation	
	N·m	N·m	%	N·m	N·m	%
Couple à droite	80,431	0,431	0,54	484,72	4,719	0,97
	80,830	0,830	1,03	484,18	4,180	0,86
	80,638	0,638	0,79	485,07	5,070	1,05
	80,567	0,567	0,70	484,94	4,936	1,02
	80,680	0,680	0,84	484,27	4,269	0,88
Moyenne $\bar{X}_r$		80,629		484,64		808,88
Average $\bar{X}_r$						

Couple à gauche (antihoraire)
Anticlockwise torque

Moyenne $\bar{X}_r$
Average $\bar{X}_r$

Dérive max. [%] 1,22 % OK
Max. deviation [%]

Date de calibration 22 Avr 2024 9:26:02
Calibration date

L'erreur de mesure du capteur est inférieure au 1/4 de la dérive maximum admissible de la clé

Responsable BANC2
responsible person

Directeur du laboratoire David HUSTACHE

The measuring error of the torque measuring device is less than a quarter of the maximum permissible relative deviation
L'émetteur de ce certificat d'étalonnage est seul responsable de l'étalonnage et de sa documentation. La répétition de ce certificat d'étalonnage est formellement interdite. Si la clé à déclenchement est hors de la plage de dérive de 20%, ce sera illustré par "Pas de clic". Les outils à tête amovible sont mesurés dans l'axe horizontal
The issuer of this certificate bears sole responsibility for calibration and documentation thereof. The duplication of extracts from this certificate is prohibited. If the click torque is outside a 20 % deviation range it might be represented as »kein« (no click). Tools with a flex head, are measured in the horizontal axis.